



CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN CTDO

FECHA:	11-02-2022		
EQUIPO:	SAIV AS	N° INTERNO	0-97
MODELO:	SD-208	N° SERIE	1296

PARÁMETROS	Oxígeno Disuelto 100% Saturación Oxígeno Salinidad Temperatura
RESPONSABLE	Emilio Octavio Acuña San Martín.

CERO OXÍGENO			
SOLUCIÓN 0 SATURACIÓN OXÍGENO HI 7040-2	LOTE:		S0055/21
PROMEDIO*	0,0 mg/l	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	0,0
LÍMITE DE ACEPTABILIDAD (Según Buffer)	0% / $\pm 0,1\%$		

100% SATURACIÓN OXÍGENO			
PROMEDIO*	100%	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	0,0
LÍMITE DE ACEPTABILIDAD	100% / $\pm 5\%$		

SALINIDAD PSU			
SOLUCIÓN 30G/L HI7081	LOTE:		4206
PROMEDIO*	29.6	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	0,0
LÍMITE DE ACEPTABILIDAD	30,0 g/L / ± 1		

TEMPERATURA °C			
PROMEDIO CTDO*	9,2	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	0,0
PROMEDIO TERMÓMETRO PATRÓN L-51	9,4	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	0,0
ERROR PATRON	0,2	ERROR SISTEMÁTICO SENSOR DE T° CTDO	0,0
LÍMITE DE ACEPTABILIDAD (Según PATRÓN L-51)	$\pm 1^{\circ}\text{C}$		

Verificación realizada según instructivo de Trabajo IOP-04 y manual del fabricante.

*Descargas en formato digital.

* Desviación estándar se obtiene en base a 100 datos medidos.

Emilio Octavio Acuña San Martín.

Jefe de Operaciones.

Ecosistema Ltda.