


PDC.01	Acta de Recepción		 MINERIA Compañía Minera del Pacífico	
FECHA	LUGAR DE INSPECCIÓN	H. INICIO	H. TÉRMINO TERMINO	
09-04-2018	Salida cámara neutralizadora	7:48	16:11	
REALIZADA POR	EMPRESA	FIRMA	COORDENADAS	
Luis Iriarte Fredes	CAP Minería		INICIALES	-28.483033, -71.247737
RUT			FINALES	-28.483033, -71.247737
9.715.432-5				
OBJETIVO:				
Mantener la salida de pH en valores entre 6,2 y 8,5				
DETALLE:				
Se realiza instalación de transmisor y sensor de PH en salida de cámara neutralizadora del Laboratorio Químico, se comprueba funcionamiento y contracta valores con soluciones patrones.				

Recepcionado por: Jorge Hernández A.
 Jefe Control Calidad
 09-04-2018

