

ALTO MAIPO SpA		Registro de Calibración de Equipo Multiparámetro			
Equipo a Calibrar:	Multi-parámetro Hanna HI 991300				
Mediciones obtenidas en la Calibración					
Fecha	Valor de pH medido en Buffer 7,0	Valor de pH Medido en Buffer 4,0	Valor de pH medido en Buffer 10,0	Valor medido en Solución de conductividad 1413 µS/cm	Calibrado por
01-08-2017	7,01	4,01	10,01	1413	Luis Tovar
Soluciones usadas para calibración					
Estandar	Referencia	Marca	Lote	Expiración	
pH 7,01	HI 7007	HANNA	9816	feb-21	
pH 10,01	HI 7010	HANNA	9293	oct-17	
pH 4,01	HI 7004	HANNA	9583	dic-20	
Conductividad 1413 µS/cm	HI 7031 L/C	HANNA	8821	abr-20	

ALTO MAIPO SpA		Registro de Calibración de Equipo Multiparámetro			
Equipo a Calibrar:	Multi-parámetro Hanna HI 991300				
Mediciones obtenidas en la Calibración					
Fecha	Valor de pH medido en Buffer 7,0	Valor de pH Medido en Buffer 4,0	Valor de pH medido en Buffer 10,0	Valor medido en Solución de conductividad 1413 µS/cm	Calibrado por
03-08-2017	7,01	4,01	10,01	1413	Luis Tovar
Soluciones usadas para calibración					
Estandar	Referencia	Marca	Lote	Expiración	Resultado
pH 7,01	HI 7007	HANNA	9816	feb-21	Ok
pH 10,01	HI 7010	HANNA	9293	oct-17	Ok
pH 4,01	HI 7004	HANNA	9583	dic-20	Ok
Conductividad 1413 µS/cm	HI 7031 L/C	HANNA	8821	abr-20	Ok

ALTO MAIPO SpA		Registro de Calibración de Equipo Multiparámetro			
Equipo a Calibrar:	Multi-parámetro Hanna HI 991300				
Mediciones obtenidas en la Calibración					
Fecha	Valor de pH medido en Buffer 7,0	Valor de pH Medido en Buffer 4,0	Valor de pH medido en Buffer 10,0	Valor medido en Solución de conductividad 1413 µS/cm	Calibrado por
07-08-2017	7,01	4,01	10,01	1413	Luis Tovar
Soluciones usadas para calibración					
Estandar	Referencia	Marca	Lote	Expiración	Resultado
pH 7,01	HI 7007	HANNA	9816	feb-21	Ok
pH 10,01	HI 7010	HANNA	9293	oct-17	Ok
pH 4,01	HI 7004	HANNA	9583	dic-20	Ok
Conductividad 1413 µS/cm	HI 7031 L/C	HANNA	8821	abr-20	Ok

ALTO MAIPO SpA		Registro de Calibración de Equipo Multiparámetro			
Equipo a Calibrar:	Multi-parámetro Hanna HI 991300				
Mediciones obtenidas en la Calibración					
Fecha	Valor de pH medido en Buffer 7,0	Valor de pH Medido en Buffer 4,0	Valor de pH medido en Buffer 10,0	Valor medido en Solución de conductividad 1413 µS/cm	Calibrado por
14-08-2017	7,01	4,01	10,01	1413	Luis Tovar
Soluciones usadas para calibración					
Estandar	Referencia	Marca	Lote	Expiración	Resultado
pH 7,01	HI 7007	HANNA	9816	feb-21	Ok
pH 10,01	HI 7010	HANNA	9293	oct-17	Ok
pH 4,01	HI 7004	HANNA	9583	dic-20	Ok
Conductividad 1413 µS/cm	HI 7031 L/C	HANNA	8821	abr-20	Ok

ALTO MAIPO SpA		Registro de Calibración de Equipo Multiparámetro			
Equipo a Calibrar:	Multi-parámetro Hanna HI 991300				
Mediciones obtenidas en la Calibración					
Fecha	Valor de pH medido en Buffer 7,0	Valor de pH Medido en Buffer 4,0	Valor de pH medido en Buffer 10,0	Valor medido en Solución de conductividad 1413 µS/cm	Calibrado por
23-08-2017	7,01	4,01	10,01	1413	Luis Tovar
Soluciones usadas para calibración					
Estandar	Referencia	Marca	Lote	Expiración	Resultado
pH 7,01	HI 7007	HANNA	9816	feb-21	Ok
pH 10,01	HI 7010	HANNA	9293	oct-17	Ok
pH 4,01	HI 7004	HANNA	9583	dic-20	Ok
Conductividad 1413 µS/cm	HI 7031 L/C	HANNA	8821	abr-20	Ok

ALTO MAIPO SpA		Registro de Calibración de Equipo Multiparámetro			
Equipo a Calibrar:	Multi-parámetro Hanna HI 991300				
Mediciones obtenidas en la Calibración					
Fecha	Valor de pH medido en Buffer 7,0	Valor de pH Medido en Buffer 4,0	Valor de pH medido en Buffer 10,0	Valor medido en Solución de conductividad 1413 µS/cm	Calibrado por
28-08-2017	7,01	4,01	10,01	1413	Luis Tovar
Soluciones usadas para calibración					
Estandar	Referencia	Marca	Lote	Expiración	Resultado
pH 7,01	HI 7007	HANNA	9816	feb-21	Ok
pH 10,01	HI 7010	HANNA	9293	oct-17	Ok
pH 4,01	HI 7004	HANNA	9583	dic-20	Ok
Conductividad 1413 µS/cm	HI 7031 L/C	HANNA	8821	abr-20	Ok

ALTO MAIPO SpA		Registro de Calibración de Equipo Multiparámetro			
Equipo a Calibrar:	Multi-parámetro Hanna HI 991300				
Mediciones obtenidas en la Calibración					
Fecha	Valor de pH medido en Buffer 7,0	Valor de pH Medido en Buffer 4,0	Valor de pH medido en Buffer 10,0	Valor medido en Solución de conductividad 1413 µS/cm	Calibrado por
31-08-2017	7,01	4,01	10,01	1413	Luis Tovar
Soluciones usadas para calibración					
Estandar	Referencia	Marca	Lote	Expiración	
pH 7,01	HI 7007	HANNA	9816	feb-21	
pH 10,01	HI 7010	HANNA	9293	oct-17	
pH 4,01	HI 7004	HANNA	9583	dic-20	
Conductividad 1413 µS/cm	HI 7031 L/C	HANNA	8821	abr-20	